

商品説明 品名 ドラム巻付チャック 型式 GD-20W20

スチールベルトなどの引張強度試験用


仕様

耐荷重 1 kN 最大試料寸法 厚み 1mm 幅 20mm
 ※上下で使用する場合は、1対が必要です。

商品内容

ドラム巻付チャック 1個

M10-L40 セットスクリュー 1個



M10用SW&ワッシャ 各1個

3種ナット 2個



※ロードセル及びベース側のネジサイズによっては、変換ネジが必要です。

取付け方法

左図のように取り付ける。(力の中心に注意すること)

上下は平行になるように向きを合わせて固定してください。

注意) ロードセルの受感部には必要以上の力を加えないでください。

使用方法

- ①引張長さに合わせてクロスヘッドの位置を調節する
- ②荷重ゼロボタンで荷重値をゼロにする
- ③上下共の締付けネジを緩め、作業しやすいようにドラムの向き合わせる。
- ④位置決め板をワークより広い幅にする。
- ⑤上側の止めネジを緩め隙間にワークを挟んでネジで止める。
- ⑥位置決め板をワークの幅に合わせて調節する。
- ⑦ワークがドラムの奥側に巻きつく方向にシャフトを回し巻きつけ、締付けネジを本締めしドラムを固定する
- ⑧下側もワークがドラムの奥側に巻きつく方向に巻きつけ、ワークがピンと張った状態で固定する。

注意) 上下チャックの芯が合っていないと測定誤差の要因になります。

